



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

Διεύθυνση : Οδός Σουηδίας - Αργοστόλι
Τηλ : 26713-61135, 31113
Φαξ : 26710-28886
Email:promith.gnkef@yahoo.gr

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.600,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ).

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β. Ν.4782/2021

γ. Υπ' αριθμ. 33^η Τ.Σ./05^ο θέμα 31-10-2023 αποφάσεως του ΔΣ περί εγκρίσεως διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας με απευθείας ανάθεση κατόπιν Προσκλήσεως προς κάθε ενδιαφερόμενο για την προμήθεια επαγγελματικού πλυντηρίου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.600,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακυρώσεως την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

δ. Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχειρίσεως και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

ε. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

στ. Το Ν.4912/2022 (ΦΕΚΑ'59/17-03-2022) Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ζ. Το Ν. 4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

η. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

θ. Το Π.Δ.80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες",

ι. Υπ' αριθμ. 654Ε4690ΒΔ-Ε10 Ανάληψη δεσμεύσεως.

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω σχετικά, γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια επαγγελματικού πλυντηρίου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.600,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακυρώσεως την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει

τιμής (Επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές και υποχρεώσεις αναδόχου-προϋπ. δαπάνη, βλ. παράρτημα Α').

Κατόπιν τούτων, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε σε σφραγισμένο φάκελο, σε έντυπη μορφή, τα ακόλουθα, σε τρεις (3) υποφακέλους:

- I. τα «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**», σε δύο αντίγραφα,
 - II. την «**ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», σε δύο αντίγραφα και
 - III. τα «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΕΩΣ**» της προμήθειας, τα οποία περιλαμβάνουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016, κατά περίπτωση.
- ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Με την ένδειξη «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**», κατατίθενται τα εξής:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα με την οποία να δηλώνεται:
 - α. ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας προσκλήσεως,
 - β. ότι η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προσκλήσεως,
 - γ. ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της συμβάσεως,
 - δ. ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα τεσσάρων εκατόν (120) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών

Με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** », κατατίθενται τα εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η πλήρης τεχνική περιγραφή για το υπό προμήθεια είδος στην ελληνική γλώσσα, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προσκλήσεως και τα συνυποβαλλόμενα πιστοποιητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας, στην οποία κατατίθενται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, διαμορφωμένα ως εξής:

- α. Οι προσφερόμενες τιμές θα δίνονται σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
- β. Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α, επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται η συγκεκριμένη προμήθεια και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.
- γ. Ισχύει ότι οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου μέχρι την οριστική παραλαβή της προμήθειας και την αποπληρωμή της.

Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία του διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τιμές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Σε περίπτωση που το είδος δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση.

Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Με την ένδειξη «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΕΩΣ**», κατατίθενται όσα αφορούν τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνουν αναλυτικότερα:

- α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθ. 73 του Ν. 4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσεως, της

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

Το απόσπασμα αφορά στους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και στον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισμούς,

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσωπήσεως, λήψεως αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, και είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του ή που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή Φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά της περίπτωσης (2) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων προσκομίζεται αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.

Για την απόδειξη της εκπληρώσεως των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης προσκομίζεται πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

Παράλληλα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 74 του ν. 4412/2016.

Σχετικά με τα έγγραφα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της προσκλήσεως.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επιφέρουν κυρώσεις και να φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης συμβάσεως (ήτοι ημερομηνία της παρούσας προσκλήσεως).

Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Ελληνική Γλώσσα και υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

- α.** η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα,
- β.** η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τη διαδικασία),
- γ.** ο τίτλος της συμβάσεως (το αντικείμενο της προμήθειας),
- δ.** η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),
- ε.** τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (αποστολέας).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έντυπης προσφοράς της διαγωνιστικής διαδικασίας ορίζεται η **Παρασκευή 17-11-2023 και ώρα 12:00 μ.μ.** κατά την οποία θα διενεργηθεί και η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή.

Οι τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια είδους επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσας.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Πρόσκληση είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ.

Η προσφορά θα απευθύνεται στο γραφείο προμηθειών του Γ.Ν. Κεφαλληνίας.

Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
- Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
- Το κόστος μεταφοράς, παραδόσεως του είδους βαρύνει τον Ανάδοχο.
- Επί της προσφοράς σας να αναγράφετε & τον χρόνο παραδόσεως του υλικού.

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα, ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Παρακαλώ όπως αποστείλετε την προσφορά σας στην κάτωθι διεύθυνση:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΟΔΟΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ Τ.Κ:28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΑΡΤΙΝΗΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

Τεχνικές προδιαγραφές επαγγελματικού πλυντηρίου με ατμό και ηλεκτρικό ρεύμα

1. Πλυντήριο-στυπτήριο με ονομαστική ικανότητα πλύσης ανά φόρτωση 20-23 κιλά ξηρού ιματισμού ανά φόρτωση.
2. Να έχει παραγωγική ικανότητα πλύσεως τα 20-23 κιλά ανά ώρα (χρήση προγράμματος 60° C).
3. Εξωτερικές διαστάσεις μηχανήματος 140εκ. ύψος, 100εκ πλάτος και βάθος 100εκ. (περίπου)
4. Τα εξωτερικά πάνελ να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.
5. Ο εσωτερικός κάδος να είναι και αυτός κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και να έχει όγκο τουλάχιστον 180 λίτρα.
6. Η πόρτα του κάδου να έχει μεγάλες διαστάσεις οπής τουλάχιστον 450 χιλιοστά και με άνοιγμα 180 μοιρών για την εύκολη φορτοεκφόρτωση του ιματισμού. Να ασφαρίζεται από ειδικό κλείστρο βαρέως τύπου , το οποίο να επιτρέπει το άνοιγμα της μόνο και εφόσον παρέλθει ο κύκλος του προγράμματος και σταματήσει εντελώς η περιστροφή του τύμπανου
7. Ειδικός βομβητής να ειδοποιεί για το άνοιγμα της πόρτας όπως και για το πέρας του προγράμματος.
8. Να υπάρχει χειροκίνητος μηχανισμός για την απασφάλιση του κλείστρου σε περίπτωση ανάγκης όπως πχ διακοπή ρεύματος.
9. Το πλυντήριο να φέρει δύο ανεξάρτητες βαλβίδες διατομής 3/4" (κατ ελάχιστο), για την είσοδο του νερού ζεστού κρύου.
10. Για την εύκολη και γρήγορη αποχέτευση του, να διαθέτει μία αυτόματη βαλβίδα μεγάλης διατομής 76mm. (κατ ελάχιστο)
11. Το πλυντήριο να είναι ελεύθερης έδρασης αναρτημένου τύπου. Για την πλήρη απόσβεση των ταλαντώσεων που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της φυγοκέντρισης να φέρει τέσσερα ελικοειδή ελατήρια αποσβεστήρες και τέσσερις υδραυλικούς αποσβεστήρες μπουκάλας. (κατ ελάχιστο)
12. Επίσης για την ασφαλή λειτουργία της μηχανής να υπάρχει σύστημα ελέγχου των ταλαντώσεων , το οποίο επεμβαίνει και σταματά την φάση της φυγοκέντρισης στην περίπτωση που οι ταλαντώσεις υπερβούν το όριο ασφαλείας της μηχανής.
13. Το τύμπανο θα περιστρέφεται μέσω ενός κινητήρα βαρέως τύπου, ισχύος 3 KW (περίπου), ο οποίος να ελέγχεται από ένα μετατροπέα συχνότητας INVERTER frequency controller. Οι στροφές του τυμπάνου θα ρυθμίζονται αναλογικά από 10 έως 1000-1100 rpm.
14. Το πλυντήριο να είναι υψηλών στροφών 1000-1100 το λεπτό, με αυτό να συνεπάγεται ότι ο λόγος φυγοκέντρισης θα είναι υψηλότερος με συντελεστή 460 G (G FACTOR) τουλάχιστον, έτσι το υπόλοιπο υγρασίας θα είναι κάτω του 45% μέτρηση σε βαμβακερό ύφασμα 100%, ενώ σε σύμμεικτο να είναι κάτω του 40%.
15. Το πλυντήριο θα έχει θυρίδα που θα φέρει 4 θέσεις απορρυπαντικού εκ των οποίων δύο σε μορφή σκόνης και δύο σε μορφή υγρού με αυτόματης λήψη . (κατ ελάχιστο)
16. Να φέρει 8 υποδοχές (κατ ελάχιστο) για σύνδεση με δοσομετρικές αντλίες αυτόματης παροχής υγρού απορρυπαντικού ελεγχόμενες από τον προγραμματιστή.
17. Όσο αφορά τον τρόπο θέρμανσης το πλυντήριο θα είναι τύπου (dual), δηλαδή θα δύναται να λειτουργεί είτε με ατμό είτε με ηλεκτρικό ρεύμα μέσω ηλεκτρικών αντιστάσεων (12 kw περίπου).
18. Το πλυντήριο για τον χειρισμό του θα φέρει έγχρωμο μικροϋπολογιστή πολλαπλών προγραμμάτων πλύσης σε 34 γλώσσες περίπου, συμπεριλαμβανομένων των Ελληνικών. Θα διαθέτει 15 έτοιμα προγράμματα(κατ ελάχιστο) και να έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού έως 99 προγραμμάτων το σύνολο.



19. Στην οθόνη θα εμφανίζονται σχετικές πληροφορίες με το πρόγραμμα όπως πχ αριθμός προγράμματος , χρόνος , θερμοκρασία όπως και αναλυτικά εμφανίζονται οι επιμέρους λειτουργίες της κάθε φάσης του προγράμματος .
20. Θα μας δίνει την δυνατότητα χειροκίνητης επέμβασης και μετάβασης στο επόμενο βήμα.
21. Πέρα από τα έτοιμα προγράμματα που θα διαθέτει, θα μπορούμε να δημιουργήσουμε ή να διαμορφώσουμε τα προγράμματα πλύσης.
22. Θα υπάρχει η δυνατότητα να επέμβουμε και να διαφοροποιούμε εύκολα κατά την φάση της πλύσης διάφορες λειτουργίες όπως πχ να αυξομειώσουμε τον χρόνο πλύσης την θερμοκρασία , το επίπεδο στάθμης του νερού κλπ.
23. Ο υπολογιστής θα έχει διαγνωστικό έλεγχο βλαβών και προγραμματισμό σέρβις της μηχανής.
24. Θα διαθέτει βομβητή για ειδοποίηση του χειριστή για το πέρας της πλύσης ή για περίπτωση προβλήματος. Θα διαθέτει θύρα USB για εισαγωγή προγραμμάτων.
25. Θα διαθέτει σύστημα ασφάλισης της πόρτας κατά την λειτουργία της μηχανής .
26. Θα διαθέτει σύστημα ελέγχου και αποφυγής υψηλών εκτός ορίων ταλαντώσεων.
27. Θα διαθέτει σύστημα ψηφιακού ελέγχου και ζυγοστάθμισης του ιματισμού κατά την φάση της φυγοκέντρωσης.
28. Θα διαθέτει σύστημα αποφυγής συστολής μετάλλων λόγω απότομης θερμοκρασιακής διαφοράς.
29. Θα διαθέτει σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας του κάδου , για την ασφάλεια του χειριστή σε περίπτωση που υπάρχει θερμοκρασία στον κάδο που να υπερβαίνει τους 45 βαθμούς να μην επιτρέπει το άνοιγμα της πόρτας.
30. Θα διαθέτει διακόπτη κινδύνου αμέσου παύσης σε εμφανές σημείο στην μετώπη του πλυντηρίου.

Γενικά

- Το μηχάνημα να είναι καινούργιο, να κατασκευάζεται απαραίτητως εντός Ε.Ε., να φέρει την ένδειξη CE Mark και πιστοποιητικά ISO 9001 του κατασκευαστή και του προμηθευτή.
- Ο προμηθευτής να είναι επίσημος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή για την Ελλάδα και να υπάρχει η δυνατότητα επάρκειας γνήσιων ανταλλακτικών από τον κατασκευαστικό οίκο, για τουλάχιστον δέκα (10) έτη (να υπάρχει έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστικό οίκο).
- Κάθε έγγραφη δήλωση - βεβαίωση του κατασκευαστή πρέπει υποχρεωτικά να είναι πρωτότυπη και επικυρωμένη από το αρμόδιο Επιμελητήριο ή από άλλη αρμόδια αρχή στην περίπτωση αλλοδαπών επιχειρήσεων και να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση θεωρημένη από Ελληνική Προξενική Αρχή. Τέλος, πρέπει να αναγράφονται και όλα τα σχετικά στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου (τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail) ώστε να παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με τον υπογράφοντα για επαλήθευση.
- Ο προμηθευτής οφείλει να φροντίζει για τη μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση με τα απαιτούμενα δίκτυα (παρέχοντας οποιοδήποτε υλικό απαιτηθεί) του νέου πλυντηρίου στον προβλεπόμενο χώρο και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία και να το προγραμματίσει σύμφωνα με τον ιματισμό και τις συνθήκες πλύσης που επιθυμεί το νοσοκομείο. Επίσης οφείλει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Νοσοκομείου.



- Η παραλαβή του μηχανήματος θα γίνει μετά την εγκατάσταση αυτού σε πλήρη λειτουργία. Ειδικότερα, για την οριστική παραλαβή του πρέπει να προηγηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, οι μετρήσεις, η επίδειξη λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών. Για τον λόγω αυτό, μετά την πλήρη σύνδεση και εγκατάστασή του θα ακολουθήσει δοκιμαστική λειτουργία του πλυντηρίου για διάστημα ενός (1) μηνός.
- Όλα τα είδη και υλικά που θα προσκομίσει ο προμηθευτής για την εγκατάσταση και λειτουργία του υπό προμήθεια μηχανήματος, πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους της σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.
- Ο προμηθευτής πρέπει να δηλώσει το τεχνικό προσωπικό που διαθέτει και να καταθέσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης του εν λόγω προσωπικού.
- Ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει πελατολόγιο από το οποίο θα προκύπτει η τοποθέτηση παρόμοιου εξοπλισμού σε νοσηλευτικά ιδρύματα.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την οριστική παραλαβή του, κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης, η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στο προσφερόμενο είδος.
- Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του όλου μηχανήματος ή των μερών αυτού προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης.
- Ο προμηθευτής να καταθέσει αναλυτικό πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του πλυντηρίου (αντικατάσταση εξαρτημάτων, γρασάρισμα ρουλεμάν κλπ)
- Όλα τα εγχειρίδια να παραδοθούν στην ελληνική γλώσσα.
- Πρέπει να υποβληθεί πλήρες φύλλο συμμόρφωσης - τεκμηρίωσης το οποίο θα περιλαμβάνει όλους τους όρους της διακήρυξης με παραπομπή για τεκμηρίωση στα συνημμένα εγχειρίδια. Προσφορές χωρίς τεκμηρίωση θα αποκλείονται.
- Προσφορές οι οποίες είναι ασαφείς, ελλιπείς, αόριστες και δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα χαρακτηρίζονται με ουσιώδεις παραλείψεις και θα αποκλείονται.

Τεχνική υπηρεσία



ΚΩ.Υ.Ν.Σ. Π. ΠΑΔ. ΠΡΟΪΚΤ. ΠΡΟΪΚΤ. ΠΡΟΪΚΤ.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

2. Υποχρεώσεις Συντηρητή/Αναδόχου

- Ο Συντηρητής πρέπει να ενημερώνει γραπτώς τον πελάτη σχετικά με κάθε νέα διαθέσιμη αναβάθμιση του λογισμικού κεντρικής διαχείρισης που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή του σταθμού διαχείρισης του κτιρίου όσον αφορά το κόστος έκδοσης και εγκατάστασης, τυχόν απαιτούμενες αλλαγές του λειτουργικού συστήματος ή και των τεχνικών χαρακτηριστικών του υπολογιστή, καθώς και να παρέχει τεκμηρίωση της νέας έκδοσης του λογισμικού κεντρικής διαχείρισης σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή. Ο Συντηρητής πρέπει να ενημερώνει γραπτώς τον πελάτη σχετικά με τον κύκλο ζωής όλων των υλικών του εξοπλισμού που αποτελεί το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου του Κτιρίου καθώς και να συντάσσει ετήσια έκθεση με τις αναγκαίες αλλαγές/προσθήκες υλικών και λογισμικού για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος.
- Ο Συντηρητής ευθύνεται για ζημία του Εξοπλισμού ``BMS`` η οποία προκλήθηκε άμεσα από υπαιτιότητα του Συντηρητή κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Ο Συντηρητής δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση και από οποιαδήποτε νομική βάση για έμμεσες και αποθετικές ζημίες, η δε συνολική ευθύνη του έναντι του πελάτη περιορίζεται κατ' ανώτατο όριο στο ύψος του συμβατικού τιμήματος Προληπτικής Συντήρησης.
- Ο Συντηρητής πρέπει να επισκέπτεται στις τακτές ημερομηνίες τις εγκαταστάσεις του πελάτη για τη προληπτική συντήρηση. Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης θα συμπληρώνεται αναλυτικό δελτίο εργασιών με τους επιμέρους ελέγχους. Το δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον μηχανικό του Συντηρητή που εκτέλεσε τις εργασίες και από το Νοσοκομείο, από τον αρμόδιο υπάλληλο για το αντικείμενο αυτό. (Τεχνική Υπηρεσία)
- Τα υλικά συντήρησης τα διαθέτει το Νοσοκομείο από ίδια αποθέματα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Συντηρητή, ή τα προμηθεύει ο Συντηρητής. (να προσφερθεί ενδεικτικός τιμοκατάλογος των υλικών).

3. Γενικά

- Ο Συντηρητής θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της εταιρείας Honeywell (authorized distributor).
- Να διαθέτει εμπειρία σε συντηρήσεις αντίστοιχων συστημάτων διαχείρισης σε δημόσια ή ιδιωτικά κτήρια αντίστοιχου μεγέθους.

Τεχνική Υπηρεσία

ΚΩΝΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

