



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Τμήμα :Οικονομικό
Γραφείο:Προμηθειών
Ταχ. Δνση : Οδός Σουηδίας-
Αργοστόλι 28100
Τηλέφωνο :2671361123
Email: prosfores@1699.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΙΩΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ.

ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β. Ν.4782/2021

γ.Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

δ. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

ε. Το Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,

ζ. Το Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

η. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

θ. Το Π.Δ.80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια μειωτή οξυγόνου και γωνιακού αντάπτορα οξυγόνου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α (**Επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές**) και με κριτήριο κατακύρωσεως την χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για (4) μήνες. Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015,13485:2016 και να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ.1348.Τα είδη να φέρουν σήμανση CE MARK.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

ΜΕΙΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ	ΤΕΜ	4	120 € +ΦΠΑ/ΤΕΜ
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΤΕΜ	4	45€ +ΦΠΑ/ΤΕΜ
ΛΗΨΗΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ			

Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέχρι Τρίτη 19-12-2023 και ώρα 12:00 στο email: prosfores@1699.syzefxis.gov.gr . Στο **θέμα** του μηνύματος να αναγράφουν τον αρ.πρωτ. της αναρτήσεως και την επωνυμία της εταιρείας.

Η Διευθύντρια Διοικητικού-Οικονομικού

Μαριάννα Σαφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΚΑΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

- ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΛΗΨΗ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
- ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΚΑΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΞΟΔΟΥ Φ7

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΙΩΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

- Μειωτήρας ιατρικού οξυγόνου O₂
- Ροόμετρο που βιδώνει και προσαρμόζεται αποκλειστικά και εύκολα με το χέρι
- Προρυθμισμένη πίεση εξόδου 4 BAR
- GGA - NF τύπος εισόδου
- Μανόμετρο με ένδειξη Bar, μέγιστη ένδειξη 300 bar/Psi 3000
- Σώμα ανοδιώμενο αλουμινίου με χρωμιομένους ορειχάλκινους συνδέσμους
- Συμβατό με υγραντήρα οξυγόνου πολλαπλών χρήσεων - μαστό νεφελοποίησης – μεταγωγέα ροής
- Μικρό & εύχρηστο ροόμετρο ιδανικό για ασφαλή μεταφορά
- Μελετημένη σχεδίαση, διευκολύνει την ρύθμιση και τον καθαρισμό του.
- Βαλβίδα ασφαλείας ,Μονή δοκιμή Συγκροτημένο φίλτρο ,Ενσωματωμένο ενιαίο σώμα
- Ακρίβεια ρυθμιστή πίεσης + -10% ή + - 0,5 lt.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20 ° C + 50 ° C
- Διαστάσεις: 140 x 40 x 90 mm περίπου
- Βάρος: 0,690 kg περίπου
- Σύνδεση εξόδου για ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ τύπου NF , στο σώμα του μειωτή
- Φέρει πιστοποίηση CE, καθώς και όλους τους υπόλοιπους συμβολισμούς (OXYGEN, USE NO OIL, κλπ)
- Η εταιρία διαθέτει πιστοποιητικό EN ISO 9001:2015 και εφαρμόζει την Υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/1348, για την διακίνηση και εφαρμογή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
- Χρόνος εγγύησης ειδών σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
- Πλήρης επάρκεια ανταλλακτικών/ εργασιών του συνόλου του προσφερόμενου είδους σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

