



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6<sup>η</sup> ΥΠΕ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Τμήμα :Οικονομικό  
Γραφείο:Προμηθειών  
Ταχ. Δνση : Οδός Σουηδίας-  
Αργοστόλι 28100  
Τηλέφωνο :2671361123  
Email: **prosklisis@1699.syzefxis.gov.gr**

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

**ΣΧΕΤ:** α.Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β. Ν.4782/2021

γ.Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

δ. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

ε. Το Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,

ζ. Το Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

η. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

θ. Το Π.Δ.80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά , γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ , όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.Απαραίτητη Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για (3) μήνες.Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015,13485:2016 και να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ.1348.Τα είδη να φέρουν σήμανση CE MARK.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

1.

**1. ΑΓΚΥΛΗ TURis 30° ΜΕΣΑΙΑ, ΜΟΝΟ**

**ΣΥΡΜΑ 0.2MM, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ,**

**ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΤΜΧ 2**

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές

1. Να είναι ηλεκτρόδιο-αγκύλη σχεδιασμού μονού σύρματος, συμβατό με την υπάρχουσα  
οπτική 30°, και κατάλληλο για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό.
2. Η αγκύλη να έχει σύρμα πάχους 0,2mm και να είναι μεσαίου μεγέθους (τουλάχιστον 5,00mm πλάτους και 3,3mm ύψους).
3. Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος και η θερμική βλάβη στους παρακείμενους ιστούς να είναι λιγότερη από 0,2mm κατά μέσο όρο.
4. Να είναι κατάλληλο για διουρηθρική εκτομή προστάτη τουλάχιστον 120gr υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό.
5. Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου (EO) και να έχει ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης τουλάχιστον τρία έτη.
6. Να είναι συμβατό με το υπάρχον οιοχείο εργασίας TURis του νοσοκομείου.
7. Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών εξαρτημάτων του υπάρχοντος ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική) και του συμβατού διατατικού μέσου.
8. Να υπάρχει σήμανση στο ηλεκτρόδιο η οποία να υποδεικνύει ότι είναι κατάλληλο για χρήση υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό.

9. Στο ηλεκτρόδιο να αναγράφεται ο κωδικός του για την εύκολη αναγνώρισή του.

10. Απαιτείται τουλάχιστον μια δημοσιευμένη, κλινική μελέτη με το προσφερόμενο είδος ή με

προϊόν του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με ανίσοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά.

11. Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα αν αυτό θεωρηθεί

οκόπητο. Λόγος απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από χρήση σε χειρουργείο

ή σε προσομοίωση χειρουργείου.

12. Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την

κατασκευάστρια, να προσκομίσει δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας που να

αναφέρεται στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και να δηλώνει ότι σε περίπτωση

κατακύρωσης σύμβασης στην προσφέρουσα εταιρεία, η κατασκευάστρια δεσμεύεται να

την προμηθεύσει με τη συγκεκριμένη ποσότητα των κατακυρωθέντων ειδών της

σύμβασης, ότι τα προϊόντα θα είναι γνήσια και αμεταχείριστα, και ότι η προμηθεύτρια

εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη

των προϊόντων και την τήρηση των διαδικασιών σε πιθανή ανάκληση/απόσυρση προϊόντος.

## **2. ΑΓΚΥΛΗ TURIs 30° ΜΕΓΑΛΗ, ΜΟΝΟ**

### **ΣΥΡΜΑ 0.2MM, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ,**

### **ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΤΜΧ 2**

#### Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές

1. Να είναι ηλεκτροδίο-αγκύλη σχεδιασμού μονού σύρματος, συμβατό με την υπάρχουσα

οπτική 30°, και κατάλληλο για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό.

2. Η αγκύλη να έχει σύρμα πάχους 0,2mm και να είναι μεγάλου μεγέθους (τουλάχιστον

5,30mm πλάτους και 4,3mm ύψους).

3. Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος και η θερμική βλάβη στους παρακείμενους ιστούς να είναι λιγότερη από 0,2mm κατά μέσο όρο.
4. Να είναι κατάλληλο για διουρηθρική εκτομή προσιάτη τουλάχιστον 120gr υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό.
5. Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου (EO) και να έχει ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης τουλάχιστον τρία έτη.
6. Να είναι συμβατό με το υπάρχον οιοικείο εργασίας TURis του νοσοκομείου.
7. Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβαίων εξαρτημάτων του υπάρχοντος ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική) και του συμβαίου διαιατρικού μέσου.
8. Να υπάρχει σήμανση στο ηλεκτρόδιο η οποία να υποδεικνύει ότι είναι κατάλληλο για χρήση υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό.
9. Στο ηλεκτρόδιο να αναγράφεται ο κωδικός του για την εύκολη αναγνώρισή του.
10. Απαιτείται τουλάχιστον μια δημοσιευμένη, κλινική μελέτη με το προσφερόμενο είδος ή με προϊόν του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά.
11. Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα αν αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. Λόγος απόρριψης θα αποτελεί το αποιέλεσμα μετά από χρήση σε χειρουργείο ή σε προσομοίωση χειρουργείου.
12. Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να προσκομίσει δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας που να αναφέρεται στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και να δηλώνει ότι σε περίπτωση κατακύρωσης σύμβασης στην προσφέρουσα εταιρεία, η κατασκευάστρια δεσμεύεται να

την προμηθεύσει με τη συγκεκριμένη ποσότητα των κατακυρωθέντων ειδών της

σύμβασης, ότι τα προϊόντα θα είναι γνήσια και αμεταχείριστα, και ότι η προμηθεύτρια

εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη

των προϊόντων και την τήρηση των διαδικασιών σε πιθανή ανάκληση/απόσυρση προϊόντος.

### **3. ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΞΑΧΝΩΣΗΣ TURis,**

#### **ΜΑΝΙΤΑΡΙ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ,**

#### **ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΤΜΧ 1**

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές

1. Να είναι ηλεκτρόδιο εξάχνωσης τύπου μανιτάρι (ημισφαιρικού σχεδιασμού) συμβατό με

ις υπάρχουσες οπτικές 12° και 30°, κατάλληλο για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό

αλατούχο φυσιολογικό ορό.

2. Η επιφάνεια στην κατεύθυνση εργασίας να είναι τουλάχιστον 2,5 mm<sup>2</sup>.

3. Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος και η θερμική βλάβη στους παρακείμενους

ιστούς να είναι λιγότερη από 0,2mm κατά μέσο όρο.

4. Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου (EO) και να έχει

ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης τουλάχιστον τρία έτη.

5. Να είναι συμβατό με το υπάρχον οιοχείο εργασίας TURis του νοσοκομείου.

6. Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών

εξαρτημάτων του υπάρχοντος ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική) και του

συμβατού διατατικού μέσου.

7. Να υπάρχει σήμανση στο ηλεκτρόδιο η οποία να υποδεικνύει ότι είναι κατάλληλο για

χρήση υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό.

8. Στο ηλεκτρόδιο να αναγράφεται ο κωδικός του για την εύκολη αναγνώρισή του.

9. Απαιτείται τουλάχιστον μια δημοσιευμένη, κλινική μελέτη με το προσφερόμενο είδος ή με

προϊόν του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά.

10. Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα αν αυτό θεωρηθεί

σκόπιμο. Λόγος απόρριψης θα αποτελεί το αιτιόλεσμα μετά από χρήση σε χειρουργείο

ή σε προσομοίωση χειρουργείου.

11. Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την

κατασκευάστρια, να προσκομίσει δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας που να

αναφέρεται στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και να δηλώνει ότι σε περίπτωση

κατακύρωσης σύμβασης στην προσφέρουσα εταιρεία, η κατασκευάστρια δεσμεύεται να

την προμηθεύσει με τη συγκεκριμένη ποσότητα των κατακυρωθέντων ειδών της

σύμβασης, ότι τα προϊόντα θα είναι γνήσια και αμεταχείριστα, και ότι η προμηθεύτρια

εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη

των προϊόντων και την τήρηση των διαδικασιών σε πιθανή ανάκληση/απόσυρση προϊόντος.

Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέχρι Τετάρτη 11-06-2025 και ώρα 14:00 στο email: **prosklisis@1699.syzefxis.gov.gr** Στο **θέμα** του μηνύματος να αναγράφουν τον **αρ.πρωτ.** της ανάρτησης, την επωνυμία της εταιρίας **και το email των παραγγελιών.**

Η Διευθύντρια Διοικητικού-Οικονομικού

Μαριάννα Σαφή

