



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6<sup>η</sup> ΥΠΕ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Τμήμα :Οικονομικό  
Γραφείο:Προμηθειών  
Ταχ. Δνση : Οδός Σουηδίας-  
Αργοστόλι 28100  
Τηλέφωνο :2671361123  
Email: **prosklisis@1699.syzefxis.gov.gr**

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ- ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

**ΣΧΕΤ:** α.Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β. Ν.4782/2021

γ.Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

δ. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

ε. Το Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,

ζ. Το Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

η. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

θ. Το Π.Δ.80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά , γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.Απαραίτητη Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για (3) μήνες.Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015,13485:2016 και να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ.1348.Τα είδη να φέρουν σήμανση CE MARK.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

1.

Οδηγά σύρματα με εσωτερικό πυρήνα και με την δυνατότητα ρύθμισης της ευκαμψίας του άκρου. Κατασκευασμένα από σπειροειδές ανοξείδωτο ατσάλι με επικάλυψη Teflon .Μήκους 150 cm και σε διαμέτρους 0.035” , με ευθύ άκρο εγγύς ατραυματικό και μαλακό άκρο τουλαχιστόν 5 εκατ.

ΤΕΜ.20

2.

Οδηγά σύρματα με εσωτερικό πυρήνα και με την δυνατότητα ρύθμισης της ευκαμψίας του άκρου. Κατασκευασμένα από σπειροειδές ανοξείδωτο ατσάλι με επικάλυψη Teflon .Μήκους 150 cm και σε διαμέτρους 0.035” , με ευθύ άκρο. Το εγγύς άκρο να είναι κατασκευασμένο από υλικό nitinol, με εξαιρετικά υδρόφιλη επικάλυψη, ατραυματικό και μαλακό για την πλοήγηση σε δύσκολα ανατομικά σημεία, τουλάχιστον 5 εκατ. μήκους. Θα εκτιμηθεί το επιπλέον των 5 εκατ. μήκος του υδρόφιλου άκρου.

TEM.20

3.

Βελόνα λήψης βιοψιών μιας χρήσης για χρήση με πιστόλι πολλαπλών χρήσεων.

Χαρακτηριστικά:

- Η εξωτερική κάνουλα της βελόνας πρέπει να έχει δείκτες βάθους κάθε 1cm.
- Η εξωτερική κάνουλα της βελόνας πρέπει να είναι ηχογενής εξασφαλίζοντας αυξημένη ορατότητα με υπερήχους.
- Το μήκος της εγκοπής δείγματος πρέπει να είναι 20mm, η βελόνα να έχει χρωματική ένδειξη της διαμέτρου για εύκολη αναγνώριση.
- Να διατίθεται σε μεγέθη 18G, και 20-25cm.
- Να είναι συμβατή με πιστόλι πολλαπλών χρήσεων.
- Η φόρτιση και η πυροδότηση της συσκευής να μπορεί να γίνει με το χέρι.
- Να υπάρχει μηχανισμός ασφαλείας που να αποτρέπει την τυχαία πυροδότηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
- Το βάθος της διείδυσης πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο στα 15mm και στα 22mm. Θα πρέπει να υπάρχει παράθυρο κατάστασης στο κάλυμμα της συσκευής που να επιτρέπει τον έλεγχο της βελόνας, έτοιμη για πυροδότηση ή δειγματοληπτική θέση.

TEM.20

Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέχρι Δευτέρα 04-08-2025 και ώρα 14:00 στο email: **prosklisis@1699.syzefxis.gov.gr** Στο **θέμα** του μηνύματος να αναγράφουν τον **αρ.πρωτ.** της ανάρτησης, την επωνυμία της εταιρίας **και το email των παραγγελιών.**

Η Διευθύντρια Διοικητικού-Οικονομικού

Μαριάννα Σαφή

