



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6^η ΥΠΕ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Τμήμα :Οικονομικό

Γραφείο:Προμηθειών

Ταχ. Δνση : Οδός Σουηδίας-

Αργοστόλι 28100

Τηλέφωνο :2671361123

Email: **prosklisis**@1699.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β. Ν.4782/2021

γ.Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

δ. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

ε. Το Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,

ζ. Το Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

η. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

θ. Το Π.Δ.80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά , γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υγειονομικού υλικού όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για (3) μήνες.Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015,13485:2016 και να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ.1348.Τα είδη να φέρουν σήμανση CE MARK.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

1.Καθετηρες τριπλού αυλού για χρήση σε αιματοουρίες από latex ενισχυμένο, κίτρινου χρώματος

- Βαλβίδα για luer και luer lock σύριγγες.
- Σιλικοναρισμενοι
- Μιας χρήσης , αποστειρωμένοι
- Κυλινδρικού άκρου , ευθέως, με μπαλόνι πλήρωσης χωρητικότητας 30-50 ml, τουλάχιστον 2 οπές στην άκρη του , μήκους εως 40 εκ
- Μεγέθους ch20 τεμάχια 30

2. Καθετήρες 3-way, από διαφανές και εύκαμπτο, μαλακής σύστασης, θερμοπλαστικό PVC, (θερμοευαίσθητο υλικό το οποίο αρχικά είναι σκληρό διευκολύνοντας τον καθετηριασμό και ακολούθως με την θερμοκρασία του σώματος μαλακώνει προσφέροντας καλύτερη ανοχή στον χειρουργημένο ασθενή). Να φέρουν όσον το δυνατό πιο λεπτά τοιχώματα για να επιτυγχάνεται ο ευρύτερος δυνατός εσωτερικός αυλός που να επιτρέπει την ανεμπόδιστη έγχυση και παροχέτευση υγρών της ουροδόχου κύστεως. Να διαθέτουν έγχρωμη γραμμή σήμανσης για τον προσδιορισμό της θέσης του άκρου εξωτερικά. Υδροθάλαμος 75 ml. Άκρο Dufour Μεγέθη 20Ch τεμαχία 20.

3.

Καθετήρας Foley 3-way απλός

(τριών δρόμων), μιας χρήσης, να είναι αποστειρωμένος με οξείδιο αιθυλενίου και συσκευασμένος σε ασφαλή συσκευασία. Κατασκευασμένος από Latex. Ο αυλός του καθετήρα να είναι ευρύς ενώ οι πλάγιες οπές του να είναι λείες προκειμένου να μη τραυματίζουν κατά τον καθετηριασμό. Ο υδροθάλαμος (μπαλόνι) να είναι ενισχυμένος και να έχει περιεκτικότητα 30ml. Το μήκος του καθετήρα να είναι 40cm περίπου και να μην τσακίζει. Η βαλβίδα του να είναι ασφαλείας.

No 14 τμχ 50

No 16 τμχ 50

No 18 τμχ 50

Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέχρι Τρίτη 14-10-2025 και ώρα 14:00 στο email: **prosklisis@1699.syzefxis.gov.gr** Στο **θέμα** του μηνύματος να αναγράφουν τον **αρ.πρωτ.** της ανάρτησης, την επωνυμία της εταιρίας **και το email των παραγγελιών.**

Η Διευθύντρια Διοικητικού-Οικονομικού

Μαριάννα Σαφή

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΩ