



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6<sup>η</sup> ΥΠΕ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Διεύθυνση : Οδός Σουηδίας - Αργοστόλι  
Τηλ : 26713- 61113

Email: [promithies@1699.syzefxis.gov.gr](mailto:promithies@1699.syzefxis.gov.gr)

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ** ενδοσκοπικών υλικών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, προϋπολογισμού δαπάνης **35.209,13 €** συμπ ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, χρονικής διάρκειας έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων

**ΣΧΕΤ:** α. Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β. Ν.4782/2021

γ. Υπ'αριθμ. 7<sup>Η</sup>/4-3-2026 απόφαση του Δ. Σ. του ΓΝ Κεφαλληνίας θέμα 7<sup>ο</sup> περί έγκρισης διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας ποσού 7.041,40€ συμπ. ΦΠΑ για την προμήθεια **ενδοσκοπικών υλικών** (CPV 33168000-5 ) για τις ανάγκες της Μονάδας Ενδοσκοπήσεων του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, χρονικής διάρκειας έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων

δ. Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

ε. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

στ. Την παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

ζ. Το Ν.4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,

η. Το Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,

θ. Το Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

ι. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

ια. Το Π.Δ.80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"

ιβ. Υπ' αριθμ. ΑΔΑ: 97ΚΦ4690ΒΔ-ΠΗΖ Ανάληψη δέσμευσης

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά ,γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ενδοσκοπικών υλικών (CPV 33168000-5) για τις ανάγκες της Μονάδας Ενδοσκοπήσεων του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, προϋπολογισμού δαπάνης 35.209,13 € συμπ. ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, χρονικής διάρκειας έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Κατόπιν τούτων, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε στο γραφείο προμηθειών του ΓΝ Κεφαλληνίας, σε έντυπη μορφή, **ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ** τα εξής:

**I. τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»**

**II. την «ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και**

**III. τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»** της προμήθειας, τα οποία περιλαμβάνουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016, κατά περίπτωση.

**ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:**

Με την ένδειξη **«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»**, **ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ** κατατίθενται τα εξής:

**1. Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα με την οποία να δηλώνεται:**

**α. ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,**

**β. ότι η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης,**

**γ. ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύμβασης,**

**δ. ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα τεσσάρων εκατόν είκοσι (120)ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών**

Με την ένδειξη **«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»**, **ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ** κατατίθενται τα εξής:

#### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Η πλήρης τεχνική περιγραφή για το υπό προμήθεια είδος στην ελληνική γλώσσα, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης και τα συνυποβαλλόμενα πιστοποιητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.

### **ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**

**Να σταλούν δείγματα** σε όσα είδη αναγράφεται η ένδειξη **να σταλεί δείγμα**, τα οποία θα συνοδεύονται από το δελτίο αποστολής δειγμάτων.

Με την ένδειξη « **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», **ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ** κατατίθενται τα εξής:

#### **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Η οικονομική προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας, στην οποία κατατίθενται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, διαμορφωμένα ως εξής και σύμφωνα με το υπόδειγμα:

**α.** Οι προσφερόμενες τιμές θα δίνονται σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.

**β.** Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α, επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται η συγκεκριμένη προμήθεια και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.

**γ.** Ισχύει ότι οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου μέχρι την οριστική παραλαβή της προμήθειας και την αποπληρωμή της.

Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία του διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τιμές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Σε περίπτωση που το είδος δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση.

Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Με την ένδειξη «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**», **ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ** κατατίθενται όσα αφορούν τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνουν αναλυτικότερα:

**α.** Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες ποινή από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθ. 73 του Ν. 4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

Το απόσπασμα αφορά στους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και στον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισμούς,

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

**β.** Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, και είναι σε ισχύ κατά

το χρόνο υποβολής του ή που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή Φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Σε περίπτωση εγκατάστασής του του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά της περίπτωσης (2) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων προσκομίζεται αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης προσκομίζεται πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

Παράλληλα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

3) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 74 του ν. 4412/2016.

Σχετικά με τα έγγραφα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επιφέρουν κυρώσεις και να φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι η ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης).

Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Ελληνική Γλώσσα και υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

- α.** η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα,
- β.** η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τη διαδικασία),
- γ.** ο τίτλος της σύμβασης (το αντικείμενο της προμήθειας),
- δ.** η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),
- ε.** τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (αποστολέας).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έντυπης προσφοράς της διαγωνιστικής διαδικασίας ορίζεται η **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 και ώρα 13.30 μ.μ** κατά την οποία θα διενεργηθεί και η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών, επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσας.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Πρόσκληση είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ,

Η προσφορά θα απευθύνεται στο γραφείο προμηθειών του Γ.Ν. Κεφαλληνίας.

- Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
- Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
- Το κόστος μεταφοράς, παράδοσης του είδους βαρύνει τον Ανάδοχο.
- Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται τμηματικά, κατόπιν παραγγελίας αναλόγως των αναγκών του Νοσοκομείου μας και εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη κάθε έγγραφης ή ηλεκτρονικής παραγγελίας, στο χώρο της αποθήκης του Νοσοκομείου μας. .

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα, ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Παρακαλώ όπως αποστείλετε την προσφορά σας στο **ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΟΔΟΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ**

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

### 1. ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΛΙΠ-περιστρεφόμενο

Προφορτωμένα περιστρεφόμενα αιμοστατικά κλιπ μιας χρήσεως για την αντιμετώπιση γαστρεντερολογικών αιμορραγιών. Να διαθέτουν άνοιγμα σιαγόνων 11mm - 17mm. Να περιστρέφονται 1:1 και προς τις 2 κατευθύνσεις, δεξιόστροφα και αριστερόστροφα. Να είναι φορτωμένα σε καθετήρα μήκους >230 cm κατά περίπτωση (κολονοσκόπιο). Να έχουν δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος έως και πέντε φορές πριν από την τελική απελευθέρωσή τους και να είναι συμβατά με κανάλι εργασίας 2,8mm. Να είναι συμβατά με μαγνητικό τομογράφο, να έχουν ένδειξη προφυλακτικής χρήσης μετά από πολυπεκτομή, ενδοσκοπικού μαρκαρίσματος, διατρήσεων < 2cm και καθήλωση καθετήρων σίτισης. Να διαθέτουν βιβλιογραφική τεκμηρίωση αποτελεσματικότητας τουλάχιστον 5 ετών. **TEM 340 (170 TMX 11mm Κ 170 TMX17mm) ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ**

$340 * 22 = 7480 * 13\% 972.40 = 8452.40$  ευρώ

### 2. ΚΛΙΠ ΣΥΓΚΛΕΙΣΕΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Προφορτωμένα κλιπ μιας χρήσεως για κλείσιμο μεγάλων ελλειμμάτων (έως 3 cm) στον γαστρεντερολογικό σωλήνα. Τα ειδικά διαμορφωμένα άγκιστρα / σκέλη αγκύστρωσης που διαθέτουν, να επιτρέπουν στους χρήστες να πιάνουν με ασφάλεια τον υγιή ιστό, περιορίζοντας την ολίσθηση κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης και εύκολα να προσεγγίσουν το άπω άκρο προκειμένου να επιτευχθεί η σύγκλιση. Να διαθέτουν άνοιγμα σιαγόνων 11mm. Να έχουν δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος πριν από την τελική απελευθέρωσή τους και να είναι συμβατά με κανάλι εργασίας 2,8mm. Να περιστρέφονται 1:1 με ειδικό στροφέιο πλησίον της λαβής χειρισμού αλλά και σε όλο το μήκος του καθετήρα λόγω της ύπαρξης 32 συρμάτων (16 σε κάθε κατεύθυνση) και προς τις 2 κατευθύνσεις, δεξιόστροφα και αριστερόστροφα. Να διαθέτουν λαβή **TEM 3 ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ**

$3*60= 180 * 13\% 23,40 = 203,40$  ευρώ

### 3. ΛΑΒΙΔΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ

Λαβίδες βιοψίας μιας χρήσεως με επικαλυμμένο θηκάρι για μείωση τριβών, με ακίδα (βελόνη) ή χωρίς. Να διαθέτουν οδοντωτή σιαγόνα με διπλό παράθυρο για λήψη μεγάλου ιστοτεμαχιδίου. Να επιτρέπουν στις σιαγόνες να περιστρέφονται γύρω από το στοχευμένο σημείο βιοψίας για ακριβή απόκτηση ιστού. Ο καθετήρας να διατίθεται σε 230-240cm. Η εξωτερική διάμετρος

των σιαγώνων να δύναται να είναι περίπου 2,2mm (standard capacity), 2,3mm (large capacity), περίπου 2,8mm (jumbo) και περίπου 1,8mm (gastropediatric). Το απαιτούμενο κανάλι εργασίας να είναι τουλάχιστον 2,8mm (standard, large capacity)

#### **ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ TEM 500**

$500 * 10 = 5000 * 13\% 650 = 5650$  ευρώ

#### **4.ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΟΣ ΨΥΧΡΗΣ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ-10mm Βρόχος <<ψυχρής>>**

πολυπεκτομής μίας χρήσης, πολυγωνικού σχήματος ή σχήματος διαμαντιού, ιδανικός για τη σύλληψη και αφαίρεση μικροσκοπικών, άμισχων & έμισχων πολυπόδων. Ο βρόχος διαθέτει θηκάρι ειδικής σκληρότητας (stiff) και είναι σχεδιασμένος ώστε να παρέχει καλύτερη συγκράτηση των ιστών, να έχει πάχος 0,22-0,23 mm να διευκολύνει την σύλληψη και αφαίρεση των μικροσκοπικών επίπεδων πολυπόδων ενώ να επιτρέπει, ταυτόχρονα, τη διατήρηση του σχήματός του κατά τον περιβροχισμό. Διατίθεται σε διάμετρο 10 mm, με μήκος καθετήρα 230-240 cm **TEM 150 ΝΑ**

#### **ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ**

$150 * 20 = 3000 * 13\% 390 = 3390$  ευρώ

#### **5.ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/ΨΥΧΡΗΣ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ**

Πολυπεκτόμοι μίας χρήσης με ενσωματωμένη εργονομική λαβή που να επιτρέπει χειρισμό με ένα χέρι. Να διατίθενται με αγκύλες σχήματος οβάλ ή polygonal ή Crescent διαμέτρων 30mm (**20 τμχ**), 15 mm (**20 τμχ**) και 10mm (**250 τμχ**) και μήκος εργασίας 230-240 cm. Εγκεκριμένοι και για «ψυχρή» πολυπεκτομή. **TEM 290 ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ**

#### **ΔΕΙΓΜΑ**

$290 * 10 = 2900 * 13\% 377 = 3277$  ευρώ

#### **6.ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΔΙΧΤΥ**

Ενδοσκοπικό δίχτυ σύλληψης πολυπόδων και ξένων σωμάτων μίας χρήσης. Να αποτελείται από καθετήρα με βρόγχο, ανθεκτικό δίχτυ πυκνής πλέξης και εργονομική λαβή χειρισμού. Το μέγεθος του να είναι περίπου 3cm x 5.5cm (30mm διάμετρο σύλληψης), με μήκος καθετήρα 230-245 cm. **TEM 30 ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ**

$30 * 68 = 2040 * 24\% 489,60 = 2529,60$  ευρώ

#### **7.ΛΑΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ**

Λαβίδα σύλληψης και αφαίρεσης πλαστικών στεντ & ξένων σωμάτων μίας χρήσης ανωτέρου & κατωτέρου πεπτικού με ατραυματικά άκρα συνδυασμός rat tooth & οδοντωτών σιαγώνων (alligator). Να διαθέτει καθετήρα-θηκάρι από μονωμένο περίβλημα για χρήση σε δύσκολες ανατομίες διαμέτρου περίπου 2.4 mm, άνοιγμα

σιαγώνων περίπου 8 mm & μήκος καθετήρα 230-240 cm. **TEM 20 ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ**

$20 \times 40 = 800 \times 13\% 104 = 904$  ευρώ

**8.ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ "Σετ γαστροστομίας 20-24 Fr** για διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία, με την μέθοδο pull ή push. Το σετ να περιλαμβάνει σωλήνα γαστροστομίας από ημιδιαφανή σιλικόνη, δύο διαφορετικά συστήματα εξωτερικής στήριξης, συνδετικό Υ για την εισαγωγή τροφής και σφιγκτήρα, βελόνα Angiocath ή Seldinger, οδηγό σύρμα. βρόγχο σύλληψης, βελόνα έγχυσης, χειρουργικό νυστέρι μιας χρήσης, ψαλίδι από ανοξείδωτο ατσάλι, γάζες, 4 παροχετευτικούς σπόγγους και μία αιμοστατική λαβίδα. " **TEM 8**

$117 \times 8 = 936 \times 13\% 121,68 = 1057,68$  ευρώ

**9.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ** "Σετ αντικατάστασης γαστροστομίας τύπου μπαλονιού. Κάθε σετ να περιέχει: καθετήρα σιλικόνης με ενισχυμένο μπαλόνι, γάζες, σύριγγα 3-10 ml για την πλήρωση του μπαλονιού.

Να διατίθενται σε διάφορες διαμέτρους 12-14-16-18-20-24-28fr και ενδεικτικά να μπορεί να είναι ευθύ ή κεκαμένο καθετήρα, κανονικού ή χαμηλού προφίλ. " **TEM 15**  
 $15 \times 75 = 1125 \times 13\% 146,25 = 1271,25$  ευρώ

**10. ΠΑΓΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ** Να είναι μοναδικού σχεδιασμού παγίδα με δυνατότητα άμεσης σύλληψης έως και τεσσάρων διαφορετικών δειγμάτων. Να διαθέτει θάλαμο τεσσάρων διαφορετικών χώρων (αριθμημένων) για την φυλάκιση δειγμάτων από διαφορετικά σημεία κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Η απομόνωση των δειγμάτων να γίνεται σε διαφορετικούς χώρους ώστε να παρέχει άριστη προστασία και ασφάλεια του δείγματος κατά τη μεταφορά του για εξέταση. Να παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης των δειγμάτων και του προσδιορισμού τους κατά το στάδιο της βιοψίας. Να παρέχει δυνατότητα εύκολης και γρήγορης εγκατάστασης μεταξύ του ενδοσκοπίου και της αντλίας αναρρόφησης. Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία. **ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ TMX 30**

$30 \times 7,50 = 225 \times 24\% 24 = 279$  ευρώ

**11. ΜΕΛΑΝΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ SPOT ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ**"Ειδική αποστειρωμένη σύριγγα των 5cc με περιστροφικό κλείδωμα. Να περιέχει ειδική μελάνη από υψηλής καθαρότητας μόρια άνθρακα, βιοσυμβατό διάλυμα αποσταγμένου νερού, σιμεθικόνης, γλυκερόλης, βενζιλικής αλκοόλης και πολυσορβικό 80. Να έχει ένδειξη για προεγχειρητική σήμανση βλαβών, ορατό μέχρι και 36 μήνες, καθώς και για κλινική παρακολούθηση αφαιρεθέντων βλαβών, ορατό μέχρι και 10 έτη. Το διάλυμα να μην έχει ίζημα για αποφυγή απόφραξης της βελόνας έγχυσης. Να δύναται να χρησιμοποιηθεί και με βελόνα έγχυσης 25 G. **TEM 15**

$15 * 25 = 375 * 24\% 90 = 465$  ευρώ

**12. Βελόνες σκληροθεραπείας μιας χρήσεως 23 ΚΑΙ 25 G** με δυνατότητα επιλογής του καθετήρα (διαφανές ή σκιερό) και διαμέτρου περίπου 1,8 ή 2,3 mm. Να διαθέτουν ειδικό μηχανισμό κλειδώματος της βελόνας και κατάλληλο σχεδιασμό για χρήση σε δύσκολες ανατομίες. Μήκος έκτασης βελόνας περίπου από 4 mm, 6mm μήκος καθετήρα 230- 240 cm. Να διαθέτει ειδικό μηχανισμό προστασίας κατά την εισαγωγή της βελόνας στο ενδοσκόπιο για την αποφυγή βλαβών στο κανάλι εργασίας **ΤΜΧ 200 (100 ΤΜΧ 23 G 100 ΤΜΧ 25 G ) ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ**

$200 * 7 = 1400 * 24\% 336 = 1736$  ευρώ

**13. ΑΠΟΛΙΝΩΤΕΣ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ** σετ ενδοσκοπικής περίδεσης κισών οισοφάγου το οποίο διαθέτει θηλιά σύρματος (μεταλλικής χορδής) ενεργοποίησης της μονάδας λαβής κατά την διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης. Η μονάδα λαβής να περιλαμβάνει επίσης συνδετήρα ενδοσκοπίου για την ασφάλιση της λαβής στο ενδοσκόπιο. Το σύστημα απολίνωσης να είναι μονού ράμματος πολλαπλών δακτυλίων (7) από υποαλλεργικό υλικό πολυισοπρένιο (latex free) με ειδικό τετράγωνο σχεδιασμό για την απόλυτη εφαρμογή στον κισό κατά την απελευθέρωση του. Το σύστημα των δακτυλίων να διαθέτει άκρο σιλικόνης για την προστασία του ενδοσκοπίου και προειδοποιητικό προτελευταίο δακτύλιο γκρι χρώματος. Να διαθέτει λαβή με χαρακτηριστικό ήχο κατά την απελευθέρωση του εκάστοτε δακτυλίου καθώς και υποδοχή καθετήρα πλύσης. Να είναι συμβατό με ενδοσκόπια διαμέτρου 8,5 – 11,5 mm **ΤΜΧ. 12**

$12 * 210 = 2520 * 24\% 604,80 = 3124,80$  ευρώ

**14. Ενδοσκοπικές μεταλλικές ενδοπροθέσεις οισοφάγου από κράμα νικελίου-τιτανίου (Nitinol) Τοποθέτησης διαμέσου του ενδοσκοπίου TTS.** Με πλήρη επικάλυψη, με δυνατότητα απελευθέρωσής τους, εγγύς ή άπω μέσω ράμματος. Οι ενδοπροθέσεις να διαθέτουν ενδοσκοπικό δείκτη στον καθετήρα τους ώστε να

διευκολύνεται η τοποθέτησή τους ενδοσκοπικά και επιπλέον νήμα στα άκρα τους ώστε να παρέχει δυνατότητα μετακίνησης ή αφαίρεσής τους. Να διατίθενται σε μεγέθη μήκους (10-12 15 cm) και διάμετρο 20mm, με καθετήρα εισαγωγής 10.5 Fr **TEM 2**

$$2 * 650 = 1300 * 13\% 169 = 1469$$

**15. Ενδοσκοπικές μεταλλικές ενδοπρόθεσεις οισοφάγου από κράμα νικελίου-τιτανίου (Nitinol) Ακτινοσκοπικής τοποθέτησης OTS**

α) Να είναι διπλού πλέγματος, το κυρίως πλέγμα να είναι κατασκευασμένο από ένα και μοναδικό σύρμα με επικάλυψη σιλικόνης, το δε δεύτερο πλέγμα να είναι ακάλυπτο, με δυνατότητα μερικής μετακίνησης, έτσι ώστε να λειτουργεί σαν τροχοπέδη και να φέρεται εξωτερικά του κυρίως πλέγματος για την ασφαλέστερη καθήλωση της ενδοπρόθεσης. β) Να έχουν μεγαλύτερη διάμετρο στο εγγύς και απώτερο άκρο (κεφαλές) γ) Το μήκος κάθε κεφαλής να είναι 10-20mm δ) Να είναι έτοιμες προς χρήση σε προσυναρμολογημένο σύστημα τοποθέτησης με διάμετρο 18Fr και μήκος εργασίας 70-80cm. ε) Να έχει ειδικό μηχανισμό για σύγκλιση και εξαγωγή. Στ) Να διατίθενται σε μήκος 120. ζ) Να έχουν διάμετρο σώματος/κεφαλών 20/26 mm. η) Να έχουν ατραυματικά άκρα και να φέρουν ακτινοσκοπικούς δείκτες. Θ) Να δέχονται οδηγό σύρμα 0,035 inch. Ι) Να διαθέτουν σύστημα απελευθέρωσης με μεταλλικό στέλεχος τύπου draw-back, με αυλό για την πλήρωση του συστήματος εισαγωγής τύπου γ-connector. Κ) Να διαθέτουν ειδικό μηχανισμό κλειδώματος του συστήματος απελευθέρωσης για την αποφυγή πρόωρης απελευθέρωσης κατά την είσοδό τους στο σώμα του ασθενούς. Λ) Να διαθέτει χρωματιστό δακτύλιο στο ύψος του εγγυτέρου άκρου της ενδοπρόθεσης για ασφαλέστερο έλεγχο ενδοσκοπικά, κατά την τοποθέτησή της. CC 20/26mm 120mm (πλήρως επικαλυμμένο) **TEM 1**.

$$800 * 1 = 800 * 13\% 104 = 904 \text{ ευρώ}$$

**15. Συσκευή διαστολής-μανόμετρο υψηλής ευκρίνειας, με μηχανισμό εμβόλου μεταβλητής πίεσης, για ακριβή και ταχεία διαστολή, αποσυμπύεση και παρακολούθηση της πίεσης του μπαλονιού τμχ 10**

$$10 * 40 = 400 * 24\% 96 = 496$$

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

<u>Α/Α</u>	<u>ΕΙΔΟΣ</u>	<u>ΜΟΝΑΔΑ</u> <u>ΜΕΤΡΗΣΗΣ</u>	<u>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</u>	<u>ΤΙΜΗ</u> <u>ΧΩΡΙΣ</u> <u>ΦΠΑ</u>	<u>ΦΠΑ</u>	<u>ΤΙΜΗ</u> <u>ΜΕ</u> <u>ΦΠΑ</u>

Ακριβές Αντίγραφο  
Κεντρικό Πρωτόκολλο  
ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΤΖΑΝΕΤΑ

---