



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Τμήμα :Οικονομικό
Γραφείο:Προμηθειών
Ταχ. Δνση : Οδός Σουηδίας-
Αργοστόλι 28100
Τηλέφωνο :2671361123
Email: prosfores@1699.syzefxis.gov.gr

Αριθ. Πρωτ. 7666

Αργοστόλι 26-07-2022

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ΚΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β. Ν.4782/2021

γ.Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

δ. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

ε. Το Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,

ζ. Το Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

η. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

θ. Το Π.Δ.80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά , γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια επιτοίχιων αναρροφήσεων κενού, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α (σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές) και με κριτήριο κατακύρωσεως την χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για (4) μήνες. Τα είδη να φέρουν σήμανση CE MARK.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Επιτοίχιες αναρροφήσεις κενού	TEM	10	180€ + ΦΠΑ / TEM
-------------------------------	-----	----	------------------

Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέχρι Δευτέρα 01-08-2022 και ώρα 14:00 στο email: prosfores@1699.syzefxis.gov.gr Στο **θέμα** του μηνύματος να αναγράφουν τον αρ.πρωτ. της αναρτήσεως και την επωνυμία της εταιρείας.

Η Διευθύντρια Διοικητικού-Οικονομικού

Μαριάννα Σαφή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

1. Η αναρρόφηση να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό υψηλής αντοχής (να αναφερθεί).
2. Να είναι υψηλού κενού (-100kPa ή -750mmHg) και αναρροφητικής ικανότητας τουλάχιστον 55LPM.
3. Να φέρει περιστροφικό διακόπτη On/Off για ευκολία στην χρήση με ευκρινή σήμανση.
4. Η επίτευξη του μέγιστου κενού να πραγματοποιείται μέσω κομβίου υψηλής ευαισθησίας σε λιγότερο από μία περιστροφή (Να αναφερθεί η τεχνολογία).
5. Να φέρει αποσπώμενο υδρόφοβο φίλτρο τύπου Bayonet για 100% ασφάλεια της συσκευής και κεντρικού συστήματος κενού έναντι υπερχειλίσσης το οποίο να αλλάζει χρώμα σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης.
6. Επιπλέον να συνοδεύεται από αντιμικροβιακό /αντιικό φίλτρο υψηλής ικανότητας συγκράτησης σωματιδίων(Να δοθούν λεπτομέρειες)
7. Να φέρει μανόμετρο κενού με ευανάγνωστες ενδείξεις και δύο τουλάχιστον βαθμονομήσεις.
8. Να είναι κατάλληλη για απ' ευθείας σύνδεση στις λήψεις του νοσοκομείου μας.
9. Να δίδεται εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον επτά (07) ετών, η οποία να περιλαμβάνει και βλάβες λόγω υπαιτιότητας του χρήστη (με εξαίρεση τα αναλώσιμα υλικά π.χ φίλτρα), με ταυτόχρονη αντικατάστασή της με νέα συσκευή, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση από τον προμηθευτή.
10. Η συσκευή να μην απαιτεί καμία συντήρηση καθ' όλη την διάρκεια ζωής της.
11. Η απάντηση του φύλλου συμμόρφωσης να γίνει αναλυτικά με παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή επί ποινή αποκλεισμού.
12. Η συσκευή να διαθέτει πιστοποιητικό CE και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει ISO 13485.
13. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO9001 & ISO13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη, να πληροί την Υ.Α ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1384/04. και να είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα Εναλλακτικής Διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
14. Να διαθέτει διακριβωμένα όργανα για τον έλεγχο/συντήρηση/επισκευή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται. Να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού κατάλογος οργάνων για τους απαραίτητους ελέγχους κ.λπ., όπως αυτοί προκύπτουν από το εγχειρίδιο του κατασκευαστικού Οίκου. Να κατατεθούν πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων ελέγχου με τα οποία θα εκτελούνται έλεγχοι του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται (επί ποινή αποκλεισμού).
15. Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση.