



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6<sup>η</sup> ΥΠΕ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ. 291

Αργοστόλι 12-01-2023

Τμήμα :Οικονομικό  
Γραφείο:Προμηθειών  
Ταχ. Δνση : Οδός Σουηδίας-  
Αργοστόλι 28100  
Τηλέφωνο :2671361123  
Email: prosfores@1699.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ **ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ** ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

**ΣΧΕΤ:** α.Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β. Ν.4782/2021

γ. Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

δ. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

ε. Το Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,

ζ. Το Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

η. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

θ. Το Π.Δ.80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά , γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ **ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ** , όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για (4) μήνες. Τα είδη να φέρουν σήμανση CE MARK.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ**  
**ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΚΕΝΟΥ**

1. Η αναρρόφηση να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό υψηλής αντοχής (να αναφερθεί).
2. Να είναι υψηλού κενού (-100kPa ή -750mmHg) και αναρροφητικής ικανότητας τουλάχιστον 55LPM.
3. Να φέρει περιστροφικό διακόπτη On/Off για ευκολία στην χρήση με ευκρινή σήμανση.

4. Η επίτευξη του μέγιστου κενού να πραγματοποιείται μέσω κομβίου υψηλής ευαισθησίας σε λιγότερο από μία περιστροφή (Να αναφερθεί η τεχνολογία).
5. Να φέρει αποσπώμενο υδρόφοβο φίλτρο τύπου Bayonet για 100% ασφάλεια της συσκευής και κεντρικού συστήματος κενού έναντι υπερχειλίσης το οποίο να αλλάζει χρώμα σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης.
6. Επιπλέον να συνοδεύεται από αντιμικροβιακό /αντιικό φίλτρο υψηλής ικανότητας συγκράτησης σωματιδίων(Να δοθούν λεπτομέρειες)
7. Να φέρει μανόμετρο κενού με ευανάγνωστες ενδείξεις και δύο τουλάχιστον βαθμονομήσεις.
8. Να είναι κατάλληλη για απ' ευθείας σύνδεση στις λήψεις του νοσοκομείου μας ENV 737-6.
9. Να συνοδεύεται από φιάλη εκκρμάτων 2lt ( $\pm 10\%$ ), κλιβανιζόμενη, με χειρολαβή για ασφαλή μεταφορά, φλοτέρ προστασίας και συνδετικό στήριξης στον τοίχο. Αντοχή σε τουλάχιστον 800 κλιβανισμούς
10. Να δίδεται εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον επτά (07) ετών, η οποία να περιλαμβάνει και βλάβες λόγω υπαιτιότητας του χρήστη (με εξαίρεση τα αναλώσιμα υλικά π.χ φίλτρα), με ταυτόχρονη αντικατάστασή της με νέα συσκευή, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση από τον προμηθευτή.
11. Η συσκευή να μην απαιτεί καμία συντήρηση καθ' όλη την διάρκεια ζωής της.
12. Η απάντηση του φύλλου συμμόρφωσης να γίνει αναλυτικά με παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή επί ποινή αποκλεισμού.
13. Η συσκευή να διαθέτει πιστοποιητικό CE και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει ISO 13485.
14. Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει ISO9001 & ISO13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη, να πληροί την Υ.Α ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1384/04. και να είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα Εναλλακτικής Διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
15. Να διαθέτει διακριβωμένα όργανα για τον έλεγχο/συντήρηση/επισκευή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται. Να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού κατάλογος οργάνων για τους απαραίτητους ελέγχους κ.λπ., όπως αυτοί προκύπτουν από το εγχειρίδιο του κατασκευαστικού Οίκου. Να κατατεθούν πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων ελέγχου με τα οποία θα εκτελούνται έλεγχοι του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται (επί ποινή αποκλεισμού).
16. Δυνατότητα προσκόμισης δείγματος προς αξιολόγηση.

## TEM.7

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 280€/TEM.+ΦΠΑ

Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέχρι Πέμπτη 19-01-2023 και ώρα **14:00** στο email: [prosfores@1699.syzefxis.gov.gr](mailto:prosfores@1699.syzefxis.gov.gr) Στο **θέμα** του μηνύματος να αναγράφουν τον αρ.πρωτ. της ανάρτησης,την επωνυμία της εταιρίας **και το email των παραγγελιών.**

Η Διευθύντρια Διοικητικού-Οικονομικού

Μαριάννα Σαφή