



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Τμήμα :Οικονομικό
Γραφείο:Προμηθειών
Ταχ. Δνση : Οδός Σουηδίας-
Αργοστόλι 28100
Τηλέφωνο :2671361123
Email: prosfores@1699.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ΜΕ ΦΙΑΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ.

ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β. Ν.4782/2021

γ.Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

δ. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

ε. Το Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,

ζ. Το Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

η. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

θ. Το Π.Δ.80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αναρροφήσεων με φιάλη για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α (επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές) και με κριτήριο κατακύρωσεως την χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για (4) μήνες. Τα είδη να φέρουν σήμανση CE MARK.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέχρι Τρίτη 09-05-2023 και ώρα 12:00 στο email: secretary@1699.syzefxis.gov.gr. Στο **θέμα** του μηνύματος να αναγράφουν τον αρ.πρωτ. της αναρτήσεως και την επωνυμία της εταιρείας.

Η Διευθύντρια Διοικητικού-Οικονομικού

Μαριάννα Σαφή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΚΕΝΟΥ

1. Η αναρρόφηση να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό υψηλής αντοχής (να αναφερθεί).
2. Να είναι υψηλού κενού (-100kPa ή -750mmHg) και αναρροφητικής ικανότητας τουλάχιστον 55LPM.
3. Να φέρει περιστροφικό διακόπτη On/Off για ευκολία στην χρήση με ευκρινή σήμανση.
4. Η επίτευξη του μέγιστου κενού να πραγματοποιείται μέσω κομβίου υψηλής ευαισθησίας σε λιγότερο από μία περιστροφή (Να αναφερθεί η τεχνολογία).
5. Να φέρει αποσπώμενο υδρόφοβο φίλτρο τύπου Bayonet για 100% ασφάλεια της συσκευής και κεντρικού συστήματος κενού έναντι υπερχειλίσης το οποίο να αλλάζει χρώμα σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης.
6. Επιπλέον να συνοδεύεται από αντιμικροβιακό /αντιικό φίλτρο υψηλής ικανότητας συγκράτησης σωματιδίων(Να δοθούν λεπτομέρειες)
7. Να φέρει μανόμετρο κενού με ευανάγνωστες ενδείξεις και δύο τουλάχιστον βαθμονομήσεις.
8. Να είναι κατάλληλη για απ' ευθείας σύνδεση στις λήψεις του νοσοκομείου μας.
9. Να συνοδεύεται από φιάλη εκκριμάτων 2lt ($\pm 10\%$), κλιβανιζόμενη, με χειρολαβή για ασφαλή μεταφορά, φλοτέρ προστασίας και συνδετικό στήριξης στον τοίχο. Αντοχή σε τουλάχιστον 800 κλιβανισμούς
10. Να δίδεται εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον επτά (07) ετών, η οποία να περιλαμβάνει και βλάβες λόγω υπαιτιότητας του χρήστη (με εξαίρεση τα αναλώσιμα υλικά π.χ φίλτρα), με ταυτόχρονη αντικατάστασή της με νέα συσκευή, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση από τον προμηθευτή.
11. Η συσκευή να μην απαιτεί καμία συντήρηση καθ' όλη την διάρκεια ζωής της.
12. Η απάντηση του φύλλου συμμόρφωσης να γίνει αναλυτικά με παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή επί ποινή αποκλεισμού.
13. Η συσκευή να διαθέτει πιστοποιητικό CE και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει ISO 13485.
14. Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει ISO9001 & ISO13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη, να πληροί την Υ.Α ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1384/04. και να είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα Εναλλακτικής Διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
15. Να διαθέτει διακριβωμένα όργανα για τον έλεγχο/συντήρηση/επισκευή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται. Να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού κατάλογος οργάνων για τους απαραίτητους ελέγχους κ.λπ., όπως αυτοί προκύπτουν από το εγχειρίδιο του κατασκευαστικού Οίκου. Να κατατεθούν πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων ελέγχου με τα οποία θα εκτελούνται έλεγχοι του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται (επί ποινή αποκλεισμού).
16. Δυνατότητα προσκόμισης δείγματος προς αξιολόγηση.

Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

